

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 15/07/2016 - 0076716



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

<b>Oggetto</b>	Intervento manutenzione di manutenzione campionatore fisso Trinitapoli
<b>Impianto</b>	Impianto Depurativo Trinitapoli
<b>U.T.</b>	Bari – BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Malfunzionamento campionatore fisso
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Necessità di ripristinare con urgenza la funzionalità del campionatore
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	08 aprile 2016
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Hach Lange
<b>Termini di consegna</b>	Urgenza
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione parti malfunzionanti
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Ditta Hach Lange srl – Via Rossini 1/A Lainate
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta Hach Lange è la ditta installatrice dei campionatori
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.187,69
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Congrui
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo di spesa 790116 del 19.05.2016
<b>Allegati</b>	Vari



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI

## Francesco Fiore

---

**Da:** Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>  
**Inviato:** venerdì 8 aprile 2016 13:23  
**A:** 'Parovel, Mauro'; 'Danteo, Domenico'  
**Oggetto:** Richiesta riparazione campionatore fisso Imp. Dep. Trinitapoli

Si richiede, con carattere di urgenza, manutenzione su campionatore fisso installato presso l'impianto depurativo di Trinitapoli Matr. 13085.

Ff

## Francesco Fiore

---

**Da:** g.valentini.aqp@gmail.com per conto di Giuseppe Valentini <g.valentini@aqp.it>  
**Inviato:** venerdì 8 aprile 2016 12:56  
**A:** Pierpaolo Abis  
**Cc:** Francesco Fiore; Portincasa Francesca  
**Oggetto:** Re: I: Id Trinitapoli - campionatore

OK Pier Paolo, procedete.  
Pino Valentini

AQP SpA Direttore DOPRI dott.Giuseppe Valentini [g.valentini@aqp.it](mailto:g.valentini@aqp.it)

Il 08/Apr/2016 12:55, "Abis Pierpaolo" <[p.abis@aqp.it](mailto:p.abis@aqp.it)> ha scritto:

Pino,

sarebbe necessario attivare anche in questo caso un intervento di riparazione in Emergenza in quanto i nostri, intervenuti, non sono riusciti a risolvere il problema.

Ti chiedo, quindi, la necessaria autorizzazione.

Ciao

Pier Paolo

**Da:** Francesco Fiore [<mailto:f.fiore@aqp.it>]  
**Inviato:** venerdì 8 aprile 2016 12:48  
**A:** abis pier paolo  
**Oggetto:** I: Id Trinitapoli - campionatore

Siamo andati a verificare il campionatore ma non siamo riusciti a risolvere l'inconveniente.

E' necessario richiedere l'intervento della Ditta fornitrice.

Ff

**Da:** [n.notarnicola.aqp@gmail.com](mailto:n.notarnicola.aqp@gmail.com) [<mailto:n.notarnicola.aqp@gmail.com>] **Per conto di Nico Notarnicola**  
**Inviato:** venerdì 8 aprile 2016 10:20  
**A:** Francesco Fiore  
**Cc:** Francesca Portincasa; Vito Lamuraglia  
**Oggetto:** Id Trinitapoli - campionatore

Reitero l'invito a voler ripristinare il corretto funzionamento del campionatore in uscita di Trinitapoli che ha, come noto, i seguenti problemi di funzionamento:

- non funzionamento del frigo
  - eccesso di quantità di refluo prelevato.
- Grazie.

Nico Notarnicola