



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/09/2016 - 0096024



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione frigorifero
Impianto	Laboratorio CIS Taranto
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento Evermed ABF300
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/06/2016
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione ricarica gas refrigerante
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della strumentazione CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	591,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI



chemie

attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e per la ricerca scientifica



CONSUNTIVO LAVORI N. 6238
Del 06/07/2016
=====

(da citare nella Vs. corrispondenza)

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIA COGNETTI N. 36

70121 BARI

(BA)

Vostro riferimento: SIG. FIORE F.

Codice	Descrizione articolo	um	Q.tà	Pr. zo	un	Sc. %	Importo
=====	=====	==	====	=====	=====	=====	=====
Inviamo il preventivo consuntivo lavori e rimaniamo in attesa dei Vs. riferimenti per emettere la nostra fattura.							
*	KIT RICARICA GAS REFRIGERANTE R 404	pz	1,00	90,000			90,00
SAT6009	ORA DI LAVORO FUORI SEDE	nr	2,0	78,000			156,00
SAT6013	KM PERCORSI ANDATA/RITORNO	nr	180	0,750			135,00
SAT6011	ORE DI VIAGGIO ANDATA/RITORNO	nr	3,0	70,000			210,00

VS. ORDINE DEL 06/07/2016
N. MAIL SIG. FIORE FRANCO

NS. DISTINTA DI LAVORO DEL 07/07/2016
N. 56/D

STRUMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO:
FRIGORIFERO EVERMED ABF300 MATR. 59954

CLIENTE :
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIALE VIRGILIO, 19 - 74100 TARANTO

DIFETTO SEGNALATO:
LA TEMPERATURA E' INTORNO AI 10°/12°

PERSONA DI RIFERIMENTO:
DR. MORO GIOVANNI - CELL. 320/7410849
SIG. ANNICHIARICO - TEL 080/2345587 080/2345532

Imponibile Euro: 591,00	IVA: 130,02	Importo totale ordine: 721,02
=====	=====	=====

Chemie s.r.l.

Via S. Pertini 23/25 - 70010 Valenzano (BA) • c.f./p.i./reg. imprese 02857210724 • R.E.A. BA 235187 • Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.
tel. 080/4671633 • fax 080/4671242 • info@chemie.it • www.chemie.it



chemie s.p.a.

attrezzature e prodotti per laboratori di analisi e per la ricerca scientifica

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

pagina 1 di 1

Intervento N.	S6D	Data Intervento	07/07/2016	Riferimento Ordine	attesa definizione ordine
Cliente	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA				
Indirizzo	VILE VIRGILIO, 19			Città	TARANTO
Strumento	FRIGORIFERO EVERMED	ABF 300	Matricola	53954	
Laboratorio/ reparto	LAB. CIS		Utilizzatore / Dirigente del reparto	DR. MORO GIOVANNI	

inconvenienti riscontrati dal cliente

TEMPERATURA CAMERA ALTA

descrizione del lavoro eseguito

RICARICA GAS REFRIGERANTE R404
CON CERCA FUGHE ELETTROMAGNETICA NON SI SONO EVIDENZIATE PERDITE
RILEVABILI AL CIRCUITO GAS REFRIGERANTE

note del tecnico e/o richieste del cliente

materiale utilizzato: codice	materiale utilizzato: descrizione	Q.tà
	KIT RICARICA GAS REFRIGERANTE R404 (200 GRAMMI)	

Prestazioni	Q.tà	Ora inizio	Ora fine
Ore di lavoro	02		
Ore di viaggio	03		
Diritto di chiamata			
Km percorsi andata e ritorno	180		
Spese di soggiorno			

Prestazioni e altre voci	SI/NO
Diarie per assistente e/o tecnico in affiancamento	
Componente consumo	
Lo strumento è funzionante ed i problemi segnalati sono stati risolti	
L'intervento tecnico non è concluso: vedi note	
Intervento in garanzia	

Il Tecnico dell'azienda

Timbro e firma del Cliente

12/07/16
Vincenzo Amadio



chemie

attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e per la ricerca scientifica



CONSUNTIVO LAVORI N. 6238
Del 06/07/2016
=====

(da citare nella Vs. corrispondenza)

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIA COGNETTI N. 36

70121 BARI

(BA)

Vostro riferimento: SIG. FIORE F.

Codice	Descrizione articolo	um	Q.tà	Pr. zo un	Sc. %	Importo
=====	=====	==	====	=====	=====	=====
	Inviamo il preventivo consuntivo lavori e rimaniamo in attesa dei Vs. riferimenti per emettere la nostra fattura.					
* SAT6009	KIT RICARICA GAS REFRIGERANTE R 404 ORA DI LAVORO FUORI SEDE	pz	1,00	90,000		90,00
SAT6013	KM PERCORSI ANDATA/RITORNO	nr	2,0	78,000		156,00
SAT6011	ORE DI VIAGGIO ANDATA/RITORNO	nr	180	0,750		135,00
		nr	3,0	70,000		210,00

VS. ORDINE DEL 06/07/2016
N. MAIL SIG. FIORE FRANCO

NS. DISTINTA DI LAVORO DEL 07/07/2016
N. 56/D

STRUMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO:
FRIGORIFERO EVERMED ABF300 MATR. 59954

CLIENTE :
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIALE VIRGILIO, 19 - 74100 TARANTO

DIFETTO SEGNALATO:
LA TEMPERATURA E' INTORNO AI 10°/12°

PERSONA DI RIFERIMENTO:
DR. MORO GIOVANNI - CELL. 320/7410849
SIG. ANNICHIARICO - TEL 080/2345587 080/2345532

Imponibile Euro: 591,00	IVA: 130,02	Importo totale ordine: 721,02
=====	=====	=====

Chemie s.r.l.

Via S. Pertini 23/25 - 70010 Valenzano (BA) • c.f./p.i./reg. imprese 02857210724 • R.E.A. BA 235187 • Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.
tel. 080/4671633 • fax 080/4671242 • info@chemie.it • www.chemie.it



chemie s.p.a.

attrezzature e prodotti per laboratori di analisi e per la ricerca scientifica

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

pagina 1 di 1

Intervento N.	S6D	Data Intervento	07/07/2016	Riferimento Ordine	attesa definizione ordine
---------------	-----	-----------------	------------	--------------------	---------------------------

Cliente	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA				
---------	-------------------------	--	--	--	--

Indirizzo	VILE VIRGILIO, 19	Città	TARANTO		
-----------	-------------------	-------	---------	--	--

Strumento	FRIGORIFERO EVERMED ABF 300	Matricola	S3954		
-----------	-----------------------------	-----------	-------	--	--

Laboratorio/ reparto	LAB. CIS	Utilizzatore / Dirigente del reparto	DR. MORO GIOVANNI		
-------------------------	----------	---	-------------------	--	--

inconvenienti riscontrati dal cliente

TEMPERATURA CAMERA ALTA

descrizione del lavoro eseguito

RICARICA GAS REFRIGERANTE R404
CON CERCA FUGHE ELETTROMI CO NON SI SONO EVIDENZIATE PERDITE
RILEVABILI AL CIRCUITO GAS REFRIGERANTE

note del tecnico e/o richieste del cliente

materiale utilizzato: codice	materiale utilizzato: descrizione	Q.tà
	KIT RICARICA GAS REFRIGERANTE R404 (200 GRAMMI)	

Prestazioni	Q.tà	Ora inizio	Ora fine
Ore di lavoro	02		
Ore di viaggio	03		
Diritto di chiamata			
Km percorsi andata e ritorno	180		
Spese di soggiorno			

Prestazioni altre voci	SI/NO
Diarie per assistente e/o tecnico in affiancamento	
Componente consumo	
Lo strumento è funzionante ed i problemi segnalati sono stati risolti	
L'intervento tecnico non è concluso: vedi note	
Intervento in garanzia	

Il Tecnico dell'azienda

Timbro e firma del Cliente

[Handwritten signature]
Vincenzo Amadio

[Handwritten signature]

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: mercoledì 6 luglio 2016 11:44
A: Chemie Sas - Valenzano (Ba)
Oggetto: Richiesta interventi di manutenzione

Si richiede, con procedura di emergenza, intervento Vs. tecnico sulle seguenti apparecchiature in dotazione ai Laboratori CIS Taranto:

 Frigorifero Evermed

Per contatti e maggiori informazioni: Dott. Giovanni Moro cell. 3207410849

Fiore Francesco

Francesco Fiore

Da: Antonella De Palo <a.depalo@aqp.it>
Inviato: lunedì 20 giugno 2016 12:12
A: 'Francesco Fiore'
Cc: p.abis@aqp.it; 'Giovanni Moro'
Oggetto: richiesta manutenzione Frigorifero Evermed - sede Taranto

Si richiede un intervento di manutenzione specializzata sul frigorifero in oggetto (numero di serie 6A37430300),

che non refrigera probabilmente a causa del mancato funzionamento della ventola.

Saluti

Antonella de Palo