



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 26/04/2016 - 0045932



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Integrazioni e modifiche software sistema controllo e gestione dell'impianto di depurazione di Martina Franca
Impianto	Impianto di depurazione di Martina Franca
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	In data 09/02/2016 l'impianto di depurazione di Martina Franca è stato sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza. I tecnici delegati dal custode giudiziario: ingegneri Antonio De Risi e Angelo Schiavone, hanno disposto di procedere con urgenza al ripristino della strumentazione di misura presente sul depuratore.
Motivi dell'emergenza	Disposizioni del custode giudiziario.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte dei Tecnici Delegati dall'A.I.P.
Primi interventi adottati	Uso di strumenti da campo per le misurazioni richieste.
Termini di consegna	Entro 15gg data ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di nuove schede strumentali e sonde di misura.
Denominazione della Ditta affidataria	RT Environment S.r.l. quale centro assistenza della WATEC
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Art.221 commi c) e d) D.Lgs.n°163 del 12/04/2006 – Azienda Produttrice
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	1709 € inclusi oneri della sicurezza ed iva esclusa
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Scotistica in vigore con AQP
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento	offerta n.162856 del 13/04/2016, ricevuta tramite email il 13/04/2016
Allegati	Preventivi sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@aqp.pec.it



Conto Economico

X

Investimenti

Il Responsabile Area Gestione Servizio Depurazione MAT
BR/TA

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Marcello Rainò



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune