

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 15/06/2016 - 0065121



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Fornitura materiale di consumo a seguito di intervento tecnico
Impianto	Laboratorio CONRI – Bari
U.T.	Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento Cromatografo Ionico ICS 500 CAP n/s 12042268
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare con urgenza il funzionamento della strumentazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18 maggio 2016
Primi interventi adottati	Richiesta telefonica di intervento tecnico alla ditta Perkin Elmer
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione della colonna e precolonna anioni capillare
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Perkin Elmer Italia SpA – Milano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Perkin Elmer è l'attuale aggiudicataria del contratto di Global Service della strumentazione di analisi dei Laboratori CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.334,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo di spesa 51210545 del 03.06.2016
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI