

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104673



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione frigocongelatore
Impianto	Laboratorio CIS Lecce
U.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento frigocongelatore
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	05/07/2016
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione ventilatore condensatore
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della strumentazione CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	813,50 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI



Fattura nr. **43** del **22/07/2016**

Destinatario

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI (BA)

P.Iva 00347000721

Destinazione

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI 36
70121 BARI (BA)

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
Ordine n / email Sig. Francesco Fiore del 06/07/2016						
	Intervento effettuato presso AQP di Lecce su frigothermostato.	1	€ 360,0000		€ 360,00	22
	Pulizia condensatore aria, sostituzione motoventilatore 16/70, controllo gas, controllo buon funzionamento.					

Iva 22: Aliquota 22%	Imponibile € 360,00	Imposta € 79,20	
			Tot. imponibile € 360,00 Tot. Iva € 79,20
Pagamento: Rimessa diretta 60 gg Banca Popolare di Bari Agenzia di Rutigliano IBAN IT35 X054 2441 6400 0000 1019 101			
Scadenze: 22/09/2016	€ 439,20		
			Tot. documento € 439,20



CERTIFICATO DI ASSISTENZA TECNICA n. _____

CLIENTE Alfa - Lecce

Via _____ Città Lecce CAP _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Responsabile Luigi Pesece

Strumento	Codice	Serie	Ditta	Garanzia
<u>Impedimetro</u> <u>Penium</u>	<u>SN</u> <u>24251</u>			☐ si ☒ no

Problema comunicato Segnale irregolare, manutenzione necessaria

Lavoro effettuato Controllo e sostituzione della batteria

Addebi. e sostituzione dell'hardware installato, Penium
24251. Tutto OK

Descrizione Parti utilizzate	Codice
<u>Motori e batterie 24/25</u>	<u>—</u>

Diritto di chiamata

☐

Ore di lavoro

☐

Ore di viaggio

☐

Spese di spedizione

☐

Note _____

Data 21.7.2016

Firma Tecnico

Firma Cliente

SERVIZIO/FORNITURA CONFORME

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: mercoledì 6 luglio 2016 09:30
A: 'poliforniture@eostel.it'
Oggetto: Richiesta manutenzione

Priorità: Alta

Si richiede, con procedura di emergenza Vs. intervento su Frigotermostato Ecoterm per Test di Tossicità con Daphnia Magna in dotazione ai Laboratori CIS Lecce.

Per contatti Dott. Paolo Saracino cell. 3202293462

Fiore Francesco

Francesco Fiore

Da: Francesco Fiore <f.fiore@aqp.it>
Inviato: mercoledì 22 giugno 2016 15:05
A: abis pier paolo
Oggetto: I: Malfunzionamento Frigotermostato Illuminato Ecoterm 240

Da: Domenica Pasca [mailto:d.pasca@aqp.it]
Inviato: mercoledì 22 giugno 2016 15:01
A: 'Francesco Fiore'
Cc: 'Saracino Paolo'
Oggetto: Malfunzionamento Frigotermostato Illuminato Ecoterm 240

Ciao Franco, richiedo un intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, cod. LIMS 050 LE n. serie 24251. Il frigo termostato, quando in funzione, emette un suono di allarme che non si ferma fino a che non viene spento.

Aspetto tue notizie.

Grazie

Domenica

Dott.ssa Chimico Domenica Pasca
Area Controllo Igienico Sanitario
Direzione Operativa Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
Macro Area Territoriale di Lecce
Acquedotto Pugliese S.p.A
Via Monteroni, 118 73100 Lecce

Tel. 0832.224271
Cell. 333.3188423
