

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Acquedotto Pugliese
I - 10/10/2016 - 0105049



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Fornitura materiale di consumo a seguito di intervento tecnico
Impianto	Laboratorio CIS – Taranto
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento ICP-MS 7700 n/s USK0153730
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare con urgenza il funzionamento della strumentazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07 luglio 2016
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Perkin Elmer
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione coni
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Perkin Elmer Italia SpA – Milano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Perkin Elmer è l'attuale aggiudicataria del contratto di Global Service della strumentazione di analisi dei Laboratori CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 823,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ITSALF011-10104 del 07.07.2016
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI

ATTESTATO DI DECONTAMINAZIONE

E' necessario che il presente attestato sia compilato in ogni sua parte, sia sottoscritto dal cliente ed utilizzato nei casi qui di seguito elencati:

1. allegato ad ogni prodotto PerkinElmer inviato presso gli stabilimenti PerkinElmer, presso gli uffici o centri di servizio locali, per essere riparato, rigenerato, rivenduto o sostituito.
2. fornito ai tecnici di servizio PerkinElmer prima che effettuino interventi tecnici su strumenti PerkinElmer situati in laboratori che possono operare con sostanze pericolose a rischio chimico, biologico, cancerogene o radioattive.

- ☒ Il presente documento è allegato al SO N° 320878437 e ne costituisce parte integrante
☐ Il presente documento è allegato al DDT N°..... e ne costituisce parte integrante

Stato di decontaminazione da agenti chimici, biologici, cancerogeni, radioattivi

Indicare le condizioni in cui si trova lo strumento:

- ☒ **Strumento non contaminato.** Si attesta che lo strumento non è stato in contatto con sostanze pericolose.
- ☒ Lo strumento è stato esposto agli agenti sopra indicati ed è **stato completamente decontaminato.**
- ☐ Non è possibile garantire la totale decontaminazione delle parti dello strumento non raggiungibili, si raccomanda quindi l'uso dei seguenti DPI:

Nome Cliente: Dr. Francesco Fiore

Signatory: Dr.ssa De Palo

Time: 2016-07-14, 14:24:32 

Reason: I am approving this document

Firma _____

Sottoscrivendo il presente attestato si conferma che ai tecnici PerkinElmer, coinvolti nell'intervento relativo al presente Service Order, sono state assicurate le condizioni di lavoro necessarie a garantirne l'incolumità sotto il profilo della potenziale esposizione, o contatto, a radiazioni ionizzanti, sostanze chimiche, cancerogene e biologiche.

In particolare si assicura che:

- le attrezzature sulle quali è previsto l'intervento tecnico non risultino contaminate da composti o soluzioni marcate con isotopi radioattivi;
- ai tecnici siano rese note le norme interne di sicurezza e protezione specifiche dell'area nella quale si trovano a operare, ivi compresi gli eventuali DPI necessari.
- siano garantita la presenza di personale interno al laboratorio in grado di fornire assistenza, ove necessario e possibile, per valutare l'eventuale contaminazione di parti o strumenti mediante un opportuno contaminometro messo a disposizione dal laboratorio.

Si informa che i tecnici PerkinElmer sono sottoposti a regolare sorveglianza dosimetrica da parte dei nostri esperti qualificati mediante sensori TLD e sono tenuti a eseguire prelievi di contaminazione superficiale mediante uso di SMEAR-TEST.



RAPPORTO DI SERVIZIO

Perkin Elmer Italia S.p.A.

Viale Dell'Innovazione, 3
20126 Milano MI

www.perkinelmer.com

Telefono: 0800 906642 Fax: 0800 780311

Partita IVA: 00742090152

N° Service Order	Codice Attività	Data Chiamata/Prevista	Modello	N° Serie
320878437	VCH	13/07/2016	ICP-MS 7700	USK0153730
Cognome/Nome CSE		Sigla CSE	N° Contratto	Scadenza
Lasorsa, Savino		IT63145		
Indirizzo Cliente			Indirizzo di Fatturazione	
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA VIALE VIRGILIO, 19 74100 TARANTO TA			ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. VIA COGNETTI, 36 70121 BARI BA BA	
Persona Incaricata		Telefono	Fax	Riferimento Ordine
Dr. Francesco Fiore		0805723544		
Descrizione Lavoro				
Ore	Data Inizio	Data Fine	Descrizione Dettagliata	
0,5	14/07/2016	14/07/2016	Fornitura materiale consumabile	

Materiale Utilizzato						
Q.tà	Codice	Descrizione Materiale	Kit	Importo Unitario	Importo Totale	Serie
1	ZG328067040	OEM- Ni sampling cone for x-lens, ICP-MS	IT12 / F011			
1	ZG328067041	OEM- Ni skimmer cone for x-lens, ICP-MS	IT12 / F011			
1	SV000087	SV - SHIPPING CHARGE	IT12 / F000			

Lavoro Completato	Ore Lavoro	Ore Viaggio	Visita di Manutenzione Eseguita			
☒ SI ☐ NO	0,5	0,0	Modulo di Manutenzione/IPV Lasciato al Cliente ☒ SI ☐ NO			
Firma Rappresentante Perkin Elmer Signatory: Savino Lasorsa		Data		Q.tà	Imp.Unitario	Imp.Totale
Time: 2016-07-14, 14:25:10		14/07/2016	Totale Parti			
Reason: I am the author of this document			Spese Viaggio			
Firma Cliente Signatory: Dr. Francesco De Palo		Data	Totale Ore Lavoro			
Time: 2016-07-14, 14:24:54		14/07/2016	Importo Totale			
Reason: I am approving this document			I.V.A. _____ %			
Rapporto di servizio valido come ricevuta della riparazione/sostituzione sopra descritti			Totale Fattura			
Termini e Condizioni Questo Documento non è una Fattura						



PerkinElmer Italia S.p.a - Viale dell' Innovazione,3 - 20126
Milano
Telefono : 800906642
Fax: 800780311
e-mail a cui inviare il Vs. ordine:
servizioitalia@perkinelmer.com

Offerta fornitura materiale

Offerta Numero : ITSALF011-10104

Indirizzo di Spedizione :

Acquedotto Pugliese S.P.A.
Dr. Abis
Controllo Qualità Bari
Viale Orlando
Bari, Italy

Telefono : x

Fax:

e-mail: p.abis@aqp.it

Modello :

Numero di Serie :

Rappresentante PerkinElmer : Savino Lasorsa
e-mail: savino.lasorsa@perkinelmer.com

Data Offerta : 07/07/2016 Data scadenza : 06/08/2016

Voce	Q.tà	Codice Parte	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Netto
1	1	ZG328067040	OEM- Ni sampling cone for x-lens, ICP-MS	€ 414,00	€ 414,00
2	1	ZG328067041	OEM- Ni skimmer cone for x-lens, ICP-MS	€ 365,00	€ 365,00
3	1	SV000087	SV - SHIPPING CHARGE	€ 44,00	€ 44,00
				Sub Totale	€ 823,00
				Totale Netto	€ 823,00

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Unità Vicenza Igionier
Timbro e Firma Cliente

Data

8/2/2016

Numero d'Ordine

CIG (Codice Identificativo Gara)

CUU (Codice Unico Ufficio)

CUP (Codice Univoco Progetto)

Note :

QUESTA OFFERTA SI INTENDE DI MASSIMA E NON VINCOLANTE; NEL CASO IN CUI DURANTE L'INTERVENTO DOVESSERO RISULTARE NECESSARIE EVENTUALI PARTI DI RICAMBIO E/O ORE ECCEDENTI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO, PERKINELMER PROVVEDERA' AD EMETTERE REGOLARE CONSUNTIVO DI SPESA RISERVANDOSI DI PROCEDERE ALLA FATTURAZIONE, IN ASSENZA DI RISCONTRO, DOPO 5 GIORNI LAVORATIVI.

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.

I TERMINI DI PAGAMENTO RISPETTANO I CRITERI PREVISTI DALL' ANAGRAFICA INSERITA NEL NOSTRO SISTEMA

PER POTER PROCEDERE AL LAVORO IN OGGETTO, RIMANIAMO IN ATTESA DI UN VOSTRO ORDINE DI ACQUISTO, NEL QUALE SARA' VOSTRA CURA CITARE IL RIFERIMENTO DELLA PRESENTE OFFERTA. IN ALTERNATIVA, POTRETE SOTTOSCRIVERE PER ACCETTAZIONE LA NOSTRA OFFERTA COMMERCIALE; IN TAL CASO PERKINELMER SI RISERVA DI PROCEDERE ALLA FATTURAZIONE DELL'INTERVENTO ANCHE IN ASSENZA DI UN NUMERO D'ORDINE O DI ALTRO VOSTRO RIFERIMENTO INTERNO.