



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 10/04/2017 - 0042558



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Autoclave Fedegari FVS-2 Matr. 7176
Impianto	Laboratorio CONRI Bari
U.T.	Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento autoclave
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	21/02/2017
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Pulizia interna e condotto scarico
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice manutenzione periodica autoclavi laboratori CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	364,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI

00 4091

La fornitura/prestazione eseguita risulta conforme
a quanto stabilito nell'OdA.....
Pertanto si autorizza il pagamento.



chemie s.p.a.

attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e
per la ricerca scientifica

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

pagina 1 di 1

Intervento N.	225	Data Intervento	22/02/2017	Riferimento Ordine	
---------------	-----	-----------------	------------	--------------------	--

Cliente	AQP. SPA SEDE DI BARI				
---------	-----------------------	--	--	--	--

Indirizzo		Città	
-----------	--	-------	--

Strumento	FEDGARI FV-S 2	Matricola	7176
-----------	----------------	-----------	------

Laboratorio/ reparto	LAB. CONTI	Utilizzatore / Dirigente del reparto	
-------------------------	------------	---	--

inconvenienti riscontrati dal cliente

SUPPORTO PORTACESTELLI ROTTO
SCARICO ACQUA INTASATO

descrizione del lavoro eseguito

SISTEMAZIONE SUPPORTO PORTACESTELLI
PUGLIA INTERNA AUTOCLAVE E CONDOTTO SCARICO ACQUA
SI E' PROCEDUTO ANCHE ALLE PRIME VERIFICHE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL
GUASTO SU AUTOCLAVE SYSTEC VSS S/M. 1688

note del tecnico e/o richieste del cliente

materiale utilizzato: codice	materiale utilizzato: descrizione	Q.tà
	MATERIALE DI CONSUMO	01

Prestazioni	Q.tà	Ora inizio	Ora fine
Ore di lavoro	03		
Ore di viaggio			
Diritto di chiamata	01		
Km percorsi andata e ritorno			
Spese di soggiorno			

Prestazioni e altre voci	SI/NO
Diarie per assistente e/o tecnico in affiancamento	
Componente consumo	
Lo strumento è funzionante ed i problemi segnalati sono stati risolti	
L'intervento tecnico non è concluso: vedi note	
Intervento in garanzia	

Il Tecnico dell'azienda

Timbro e firma del Cliente

**chemie**attrezzature e prodotti
per laboratori di analisi e per la ricerca scientifica

CONSUNTIVO LAVORI N. 7091
Del 16/03/2017
=====

(da citare nella Vs. corrispondenza)

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
VIA COGNETTI N. 36

70121 BARI

(BA)

Vostro riferimento: SIG. FIORE F.

Codice =====	Descrizione articolo =====	um	Q.tà	Pr. zo un	Sc. % =====	Importo =====
Inviame il preventivo consuntivo lavori e rimaniamo in attesa dei Vs. riferimenti per emettere la nostra fattura.						
16	COMPONENTE CONSUMO STANDARD					
SAT6009	ORA DI LAVORO FUORI SEDE	pz	1,00	10,000		10,00
SAT6005	DIRITTO CHIAMATA SEDE COMPRESI	nr	3,0	78,000		234,00
	VO DI 1 ORA LAVORO	nr	1,00	120,000		120,00

VS. ORDINE DEL 21/02/2017
N. MAIL SIG. FIORE FRANCO

NS. DISTINTA DI LAVORO DEL 22/02/2017
N. 22/D

STRUMENTO OGGETTO DELL'INTERVENTO:
AUTOCLAVE FEDEGARI FVS-2 MATR. 7176

CLIENTE :
LAB. CONRI DI BARI - VIALE ORLANDO SN

DIFETTO SEGNALATO:
MANUTENZIONE PER SUPPORTO PORTACESTELLI
ROTTO E SCARICO ACQUA INTESATO.

PERSONA DI RIFERIMENTO:
DR.SA MONTEMURRO TEL. 334/6748826
SIG. FIORE FRANCO TEL. 080/5723544

Imponibile Euro: 364,00	IVA: 80,08	Importo totale ordine: 444,08
=====	=====	=====

Chemie s.r.l.

Via S. Pertini 23/25 - 70010 Valenzano (BA) • c.f./p.i./reg. imprese 02857210724 • R.E.A. BA 235187 • Cap. Soc. € 30.000,00 i.v.
tel. 080/4671633 • fax 080/4671242 • info@chemie.it • www.chemie.it