



acquedotto
pugliese
Acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/10/2017 - 0123410



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento tecnico di manutenzione
Impianto	Laboratorio CIS – Taranto
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Mal funzionamento Cromatografo Ionico Metrohm 828 IC Dual Suppressor
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare il funzionamento della strumentazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	22 settembre 2017
Primi interventi adottati	Verifica funzionalità
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione cella soppressore
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Thermo Fisher Scientific SpA – Rodano (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Thermo Fisher Scientific SpA è la fornitrice della apparecchiatura
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.234,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta QUO-205495-B7X9V0-0 del 27.09.2017
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI