



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 29/12/2016 - 0135920



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Sonda temperatura Stufa MMM
Impianto	Laboratorio CONRI Bari
U.T.	BARI
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento sonda
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	12/10/2016
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Verifica sonda
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta fornitrice della strumentazione CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	288,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo ditta Chemie srl
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI