

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/06/2017 - 0071041



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Intervento tecnico di manutenzione
Impianto	Laboratorio CONRI – Bari
U.T.	Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento GC-MS Clarus s/n 680S14012902
Motivi dell'emergenza	Necessità di ripristinare il funzionamento della strumentazione (strumento non incluso nel contratto Global Service)
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26 aprile 2017
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento tecnico alla ditta Perkin Elmer
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione filamento
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Perkin Elmer Italia SpA – Milano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta Perkin Elmer è l'attuale aggiudicataria del contratto di Global Service della strumentazione di analisi dei Laboratori CONRI
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.611,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ITSALF011-10135 del 03.06.2016 – Consuntivo di spesa
Allegati	Vari



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI