



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 11/09/2019 - 0072949



Al Direttore DIRPR

All'Internal Auditing

Oggetto	Riparazione Frigo termostato Ecoterm 240 matr. 24251
Impianto	Laboratorio CIS Lecce
U.T.	LECCE
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento con intervento dell'allarme
Motivi dell'emergenza	Operabilità laboratori
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/07/2019
Primi interventi adottati	Verifica funzionamento personale AQP
Termini di consegna	Urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione motoventilatore condensatore
Denominazione della Ditta affidataria	Chemie s.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella riparazione di strumentazione da laboratorio
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 861,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumivo della ditta)	Consumativo ditta Chemie srl
Allegati	Vari



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Direttore DIRRI