

Relazione Tecnica ai sensi art. 125 D.lgs n.50/2016

Oggetto: Acquisto Ricambi in relazione ad intervento di manutenzione preventiva come da ODA N.1000050190 del 27.11.2017 per strumento di analisi TOC 5000A marca Shimadzu – Impianto di Potabilizzazione del Sinni.

A seguito dell'intervento in oggetto si è reso necessario l'acquisto di ricambi specifici :

- n° 2 O - Ring 4D P10A
- n° 2 O - Ring Teflon P10
- n°1 Spacer for ASI – 5000
- n° 1 Bush 2.0
- n°1 Platinum net 2 pcs
- n° 1 Halogen remover cartridge
- n° 1 CO2 Absorber
- n° 2 Needle
- n° 1 O- Ring AS 568 - 116
- n° 1 Combustion Tube Toc
- n° 2 Flare Pipe 1,5x0,5x400
- n° 1 Membrane filter
- n° 1 Catalyst PT.ST Type

prodotti in esclusiva dalla Casa Madre al fine di garantire gli standard di funzionamento dell'apparecchiatura di laboratorio in oggetto a servizio del laboratorio di controllo e processo.

Per quanto sopra si procede mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n.50 del 2016, alla ditta Shimadzu Italia S.r.l. in quanto ricorrono le condizioni di cui al comma c), art.125 D.lgs n.50/2016.

Laterza 15/02/2018

Il Responsabile Impianto

Ing. Fabrizio D'Andria



Visto:

Il Responsabile POTAP a.i.


Ing. Gianluigi Fiori

Rapporto di Servizio N.: 2000111743

Parti sostituite/ Ore lavoro / Viaggio:

Fatturare: SI ☒ No ☐

Pos.	Quantità	Codice	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo totale
0010	2	036-11209	O-RING 4D P10A.	3,00	6,00
0010	2	036-11408	O-RING.TEFLON P10. 1PC/SET	4,00	8,00
0010	1	228-20835	SPACER 5.2X2.2 FOR ASI-5000	4,00	4,00
0010	1	228-20836	BUSH 2.0 FOR ASI-5000	4,00	4,00
0010	1	630-00105-01	PLATINUM NET 2 PCS.TOC-500	55,00	55,00
0010	1	630-00992	HALOGEN REMOVER CARTRIDGE	152,00	152,00
0010	1	630-00999	CO2 ABSORBER	76,00	76,00
0010	2	630-01565	NEEDLE FOR TOC-5000	27,00	54,00
0010	1	630-01566	O-RING. AS 568A-116	31,00	31,00
0010	1	631-41524	COMBUSTION TUBE TOC	140,00	140,00
0010	2	638-41269	FLARE PIPE. 1.5 X 0.5 X 400	22,00	44,00
0010	1	638-58088	MEMBRANE FILTER FOR TOC	38,00	38,00
0010	1	638-60116	CATALYST PT.ST TYPE	156,00	156,00



Timbro e Firma del Cliente

Data

ANNA ROSA LO/220 15/02/18



Timbro e Firma del Tecnico

Data

SHIMADZU ITALIA S.r.l.
 Via G.B. Cassinis, 7 20139 MI
 C. Fisc. - P. IVA 10191010155
 MASSIMO SISTO

TOT 768,00 + IVAT
 15-02-2018

Le quantità esposte sul presente documento corrispondono alle forniture e/o prestazioni rese ed i relativi prezzi sono quelli stabiliti

Il Responsabile dell'Impianto



LEGENDA VIAGGIO:

Area 1 (fino a 50 km), Area 2 (da 50 a 100 km), Area 3 (da 100 a 150 km), Area 4 (da 150 a 200 km), Area 5 (da 200 a 250 km), Area 6 (da 250 a 300 km), Area 7 (oltre 300 Km) Pagina 2 / 2

Termini e condizioni: 1) La sottoscrizione del presente rapporto di servizio costituisce conferma che lo stesso è stato eseguito in maniera soddisfacente e potrà essere fatturato secondo i termini e le condizioni descritte. 2) Ad eccezione delle parti e/o del lavoro coperti da garanzia e/o da contratto di manutenzione, il servizio reso sarà fatturato da Shimadzu Italia S.r.l. a costo orario e al listino prezzi parti di ricambio corrente, più IVA.

SHIMADZU ITALIA S.r.l. (Società Unipersonale) - Via G.B. Cassinis, 7 - 20139 MILANO - Tel. 0257409690 - Fax 0257409688 - Mail: sai@shimadzu.it
 P.IVA COD. ISO/UN IT10191010155 - REA MI 1350793 - Reg. Imp. MI310223 - Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. - N. Mec. MI 151270 - Reg. RAEE IT08020000001319 - www.shimadzu.it



RDA Sinni 14/POTAB/S del 16/02/2018

Impianto di Potabilizzazione Del Sinni – Ricambi per strumento laboratorio TOC 5000°
Shimadzu

IMPORTO DELL'INTERVENTO: € 768,00

IMPRESA: SHIMADZU ITALIA SRL 20139 Milano

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di febbraio in Laterza il sottoscritto Responsabile dell'impianto Sinni,

CERTIFICA

che la fornitura in oggetto può considerarsi ultimata ed effettuata secondo le specifiche richieste in data odierna. In allegato rapporto di servizio n. 2000111743

il RESPONSABILE DELL ' IMPIANTO SINNI

Ing. Fabrizio D'Andria